

Hygieneanweisung zum Umgang mit Medizinprodukten

Implantate und Instrumente, welche für den klinischen Einsatz am Patienten genutzt werden, dürfen weder einzeln noch im Set zu Schulungszwecken in öffentlichen Räumen (Büros, Konferenzräumen u.a.) außerhalb des Hygienebereiches genutzt werden.

Es besteht die Gefahr von unkontrollierter Kontamination!

Eine fachgerechte Aufbereitung, selbst bei Anwendung der in der Gebrauchsanweisung angegebenen validierten Verfahren (manuelle Reinigung, maschinelle Reinigung mit manueller Vorreinigung, thermische Desinfektion, Dampfsterilisation) kann die Anforderungen an die Reinheit der Produkte, unter diesen Umständen nicht gewährleisten.

Steril im Sterilisationscontainer verpackte Medizinprodukte müssen immer auf direktem und kürzestem Weg ohne Umwege von der ZSVA (Zentrale Sterilgut Versorgungsabteilung) in den OP-Saal gebracht werden um den Erhalt der Sterilität sicherzustellen.

Es besteht die Gefahr des Verlustes der Sterilität!

 D30003, D30008, D30009, D20301, D30087, D30088

 D30000, D30001, D30015, D30038, D30041, D30048, D30049, D30079, D30080

D30169.a.DE
14.12.2018

Silony Medical Europe GmbH

Bahnhofstraße 1
28195 Bremen, Germany
Tel +49 421 24 69 56 0
Fax +49 421 24 69 56 55

Silony Medical GmbH

Leinfelder Straße 60
70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany
Tel +49 711 78 25 25 0
Fax +49 711 78 25 25 11

www.silony-medical.com

MADE IN GERMANY